



231012340808

# 检测报告

## Test Report0

(2023) 苏中检(委) 字第(09013) 号

检测类别: 委托检测

委托单位: 江苏伟杰环保科技有限公司

项目名称: 废水

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

二〇二三年九月四日





## 检测报告声明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
- 二、对本报告如有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。
- 三、本报告无编制、审核、授权签发人签名无效。
- 四、本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。对委托人送检的样品，本公司的检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 五、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。

江苏中聚检测服务有限公司

地 址：盐城经济技术开发区盐渎东路 8 号 A16

邮 编：224000

电 话：0515-88304880

传 真：0515-89898595



## 检测报告

委托单位	江苏伟杰环保科技有限公司		
联系人	夏义	联系方式	15862076557
受检单位	江苏伟杰环保科技有限公司		
受检单位地址	盐城市大丰区大丰港经济开发区华丰工业园		
样品类别	废水		
样品来源	现场采样	采样人	商银东、孙伟
检测结果	见第 2 页		
附注	无		

编制(杨金丽): 杨金丽

一审(蔡晶晶): 蔡晶晶

二审(李伟): 李伟

签发(周勇军): 周勇军



签发日期: 2023年 09月 04日

## 废水检测结果

采样日期: 2023 年 08 月 30 日

分析日期: 2023 年 08 月 31 日

采样地点		雨水排放口 DW002				单位
样品编号	2308268FS01 0101	2308268FS01 0102	2308268FS01 0103	2308268FS01 0104		
样品状态	无色、无异味、 透明、无油膜	无色、无异味、 透明、无油膜	无色、无异味、 透明、无油膜	无色、无异味、 透明、无油膜		
采样时间	10: 20	11: 20	12: 20	13: 20		
检测项目	悬浮物	15	15	14	17	
	化学需氧量	16	15	19	18	mg/L
备注		所采雨水为管道积存雨水。				

附件 1: 检测依据及检出限

附件 2: 主要检测用仪器

附件 3: 质量控制结果统计表

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

### 附件 1:

#### 检测依据及检出限

类别	检测项目	检出限	检测依据
废水	悬浮物	/	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	4mg/L	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

### 附件 2:

#### 主要检测用仪器

序号	编号	名称	型号	检定/校准/核查有效期
1	jszj-440	电热鼓风干燥箱	GZX-9076MBE	2023.11.24
2	jszj-003	梅特勒电子精密天平	MS105DU	2023.10.12
检测环境:		温度 20-22°C	相对湿度 48-49%	



附件 3:

质量控制结果统计表

委托单位: 江苏伟杰环保科技有限公司

序号	分析项目	样品类别	样品数(个)	☑全程序空白 □运输空白		平行样检查				加标回收检查						合格 率%
				检查数	合格数	☑现场平行/ □密码平行		室内平行		空白加标			样品加标			
						检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	回收率%	合格数	检查数	回收率%	合格数	
1	悬浮物	废水	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	化学需氧量		4	1	1	1	1	1	/	/	/	/	51mg/L	50±5%mg/L	100	
以	下	空	白													